



MORVABON

شرکت مروابن

آلوم استاپ

ژل آلومینیوم کلراید ۲۵٪

- سیستم مدیریت تضمین کیفیت تجهیزات پزشکی
ISO 13485 از US cert تحت نظارت IAS
- سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2015
- سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001-2015
- سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 18001-2007
- سیستم مدیریت شکایات مشتریان ISO 10002-2014
- سیستم اندازه گیری و آنالیز رضایتمندی مشتریان ISO 10004-2012


سازمان بهداشت و آموزش پزشکی
اداره کل نظارت و ارزیابی
تجهیزات و ملزومات پزشکی
شماره پروانه ساخت
۸۵۱۱۲۱۳۵
IMD: 91246235



ISO 13485: 2016

 ساخته شده در شرکت پردیس مروابن فارمد:
دفتر مرکزی: تهران، خیابان آزادی، ساختمان برجساز،
بلوک C، طبقه ۷، واحد ۱۵۴.
شماره تماس: ۰۰۹۸۲۱۶۶۵۸۱۴۳۸ فکس: ۰۰۹۸۲۱۶۶۹۰۸۸۱۹
ایمیل: info@morvabon.com

ژل بیرنگ جهت کنترل خونریزی و ترشحات شیار لثه ای

ترکیبات: آلومینیوم کلراید، پایه ژل

کاربردها:

- ◀ کنترل خونریزی و ترشحات لثه حین ترمیم های نزدیک لثه
- ◀ کنترل سولکوس لثه حین قالبگیری
- ◀ توقف خونریزی سطحی داخلی دهانی با کاربرد اختصاصی برای دندان های جلویی
- ◀ ژل شفاف برای عدم رنگ پذیری ترمیم های قدامی
- ◀ کنترل مایع سوکولار جهت باندینگ بهتر در چسباندن رستوریشن های غیر مستقیم، لمینت، ونیر، انیله، آنله

مزایا:

- ◀ شفافیت مناسب برای کارایی بهتر بدون باقی گذاردن لکه یا رنگ
- ◀ ویسکوزیته مناسب ژل بدون پخش شدن
- ◀ بدون برهمکنش با عامل باندینگ

احتیاط:

- ◀ قبل از شروع به کار، دستورالعمل استفاده را به دقت مطالعه فرمائید.
- ◀ استفاده از رابردم در طول کار با این محصول ضروری می باشد.
- ◀ هنگام استفاده از این محصول، از عینک محافظ، ماسک و دستکش استفاده کنید.
- ◀ از استعمال برای بیمارانی که حساسیت شدیدی به اجزای تشکیل دهنده این محصول دارند، خودداری نمائید.
- ◀ از تماس با بافت های نرم، چشم و پوست جلوگیری شود.
- ◀ در صورت تماس با بافت های نرم، چشم و پوسته فوراً محل، با مقدار کافی آب شستشوداده شود.
- ◀ در صورت بلعیدن، مقدار فراوانی آب بنوشید. استفراغ نکنید و به پزشک مراجعه کنید.
- ◀ این محصول را تزریق نکنید.
- ◀ فقط برای مصارف دندانپزشکی استفاده شود.
- ◀ در بیماران دارای حساسیت به آلومینیوم کلراید یا مواد شیمیایی استفاده نشود.
- ◀ قبل از به کار بردن هرگونه ماده شیمیایی دیگر بافت مورد نظر کاملاً با آب شستشو شود.
- ◀ لازم است در پایان کار، باقیمانده مواد بطور کامل از دهان بیمار خارج شود.
- ◀ مطمئن شوید این ماده روی باند لثه و اطراف دندان باقی نماند زیرا باقی ماندن ماده در اطراف دندان از باند خوب جلوگیری کرده و موجب ریزش میکروبی می گردد.
- ◀ اگر از باند نسل ۷ (سلف اچ باند) استفاده می شود قبل از استفاده از باند باید با خمیر پامیس سطح دندان تمیز شود و سپس باند شود. در مورد باند نسل ۵ و استفاده از اسید اچ نیازی به این کار نمی باشد.
- ◀ محصول ممکن است سبب تحریک غشای مخاط دهان شود. در صوت تماس بلافاصله با آب شستشو دهید.

هشدار:

- محصول را دور از نور و رطوبت قرار دهید.
- در دسترس کودکان قرار ندهید.
- محصول را پس از تاریخ انقضا استفاده نکنید.

دستور العمل استفاده:

- آماده سازی سطح مورد نظر با شستشو با آب و خشک کردن ملایم توسط پوآر هوا انجام شود.
- مقدار کافی از ژل بر روی بافت در حال خونریزی به مدت ۳-۱ دقیقه (جهت جلوگیری از انتقال عفونت بهتر است مقداری از ژل را با براش یکبار مصرف به محل مورد نظر منتقل نمایید) قرار گیرد.
- سطح آغشته به ژل با آب بطوریکه ژل کاملاً پاک شود، شسته شده، سپس بافت مورد نظر کاملاً خشک گردد.
- پوآر هوا بطور ملایم استفاده گردد.

موارد منع مصرف:

این محصول برای کودکان، زنان باردار، افراد مسن و بیماران خاص منع مصرف ندارد و میتواند برای همه افرادی که به ترکیبات این محصول حساسیت ندارند استفاده شود.

					
حاوی دستورالعمل استفاده	نشان دهنده کد سری ساخت محصول	نشان دهنده کد محصول	نشان دهنده تاریخ انقضای محصول	محصول باید دور از منبع نور نگهداری گردد	محصول باید از رطوبت دور نگهداری گردد
					
عدم استفاده در صورت آسیب دیدن بسته بندی	نشان دهنده مشخصات کارخانه تولید کننده	محصول استریل نبوده و نیاز به استریل شدن ندارد	این محصول فقط برای اشخاص متخصص قابل استفاده می باشد	این محصول حاوی موادی است که ممکن است موجب حساسیت، خارش، قرمزی شدن و یا تورم پوست شود	نشان دهنده محدوده دمایی در نگهداری محصول



تهیه شده در شرکت مروابن
ساخت ایران

MORVABON.COM



MORVABON

MORVABON Co.

Alum Stop

Aluminum Chloride %25 Gel

- ISO13485 : 2016 , US cert, IAS,
- ISO 9001: 2015, TÜV certification,
- ISO 14001: 2015, TÜV certification,
- ISO 18001: 2007, TÜV certification,
- ISO 10002: 2014, TÜV certification,
- ISO 10004: 2012, TÜV certification,



Production
License No.
85112135
IMD: 91246235



ISO 13485: 2016



manufacturer

Pardis Morvabon Pharmed Co.:
Head Office: Unit 154, 7nd floor, c block,
Borjsaz Bd, Azadi Street, Tehran, Province, Iran
Tel: 0098 21 6658 1438
Fax: 0098 21 6690 8819

Alum Stop

Aluminum Chloride %25

Colorless gel for bleeding control and sulcular fluid.

Ingredient: Aluminum chloride, Gel base

Application:

- ▶ Perfect transparency for better performance without staining or staining.
- ▶ Ideal viscosity for spreading without drop.
- ▶ Without interacting with bonding agent.
- ▶ Control of bleeding and gum secretions during gingival close restorations.
- ▶ Gum Solecules Control During Molding.
- ▶ Stop the internal oral surface bleeding with a special application for the front teeth.
- ▶ Transparent gel for non-colorability of anterior restorations
- ▶ Suoclaric fluid control for better bonding in adhering indirect restorations, Laminate, veneer, Inlay, Onlay.

Intended Use:

- ▶ Prepare the desired surface by washing with water and mildly drying by air pooper.
- ▶ A sufficient amount of gel on the bleeding tissue for 1-3 minutes (to prevent infection, it is better to transfer some gel with a disposable brush to the desired place).
- ▶ The surface of the gel is soaked so that the gel is completely cleaned, washed, then the texture is completely dry.
- ▶ Air pointer should be used mildly.

Precautions:

- ▶ Carefully read and understand instructions before using.
- ▶ It's necessary to use rubber-dam while working with Alum stop
Use eye protection, mask and gloves when using Alum stop
Avoid contact with oral soft tissue, eyes or skin
- ▶ If accidental contact with soft tissues, eyes or skin occurs, immediately flush with plenty of water
In case of consumption drink copious amount of water.
Do not induce vomiting. Seek medical advice
Do not inject this product
For dental use only

- ▶ Do not use in similar cases.
- ▶ If you use the 7th bond (self-etching bonds), before using the bond, you should clean the surface of the tooth with Pumice paste and then bond. In the case of the 5th generation bond and the use of acid etching does not require this.
- ▶ The product may irritate the mucous membrane of the mouth. Rinse immediately with water in the ringer.
- ▶ In patients with an allergy to Aluminum chloride or chemicals are not used.
- ▶ Before applying any other chemicals, the tissue should be thoroughly washed with water.
- ▶ At the end of the work, the remainder of the material must be completely removed from the patient's mouth.

Warning:

- ▶ Do not use after expiration date
- ▶ Keep out of reach of children
- ▶ Store in the original container at room temperature.

Contraindication:

- ▶ This product is not contraindicated for children, pregnant women, the elderly and other specific diseases and can be used for all people who are not allergic to the active substance

 Consult instructions for use	 Indicates the batch code	 Catalogue number	 Indicates the date after which the medical device not to be used.	 Indicates a medical device that needs protection from light sources.	 Indicates a medical device that needs to be protected from moisture.
 Do not use if Package is Damaged	 Indicates the medical device manufacturer (Name & Address)	 Indicates a medical device that has not been subjected to a sterilization process.	 Indicates the device intended for use by professional person only.	 Indicates that the medical device can cause discomfort and reddening, irritation, or blistering of the skin	 Indicates the Temperature Limit

Produced by Morvabon Co.
www.morvabon.com
info@morvabon.com
 Made in IRAN